



Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – část 3 k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Číslo veřejné zakázky: VZ 31/2024

Název veřejné zakázky: „**Anesteziologické inhalační přístroje**“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – část 3:

Dne 5. 11. 2024 byla doručena ve 20:15 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

- 1) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u anesteziologického přístroje splnění požadavku elektronických průtokoměrů pro O₂.

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat dodání anesteziologického přístroje s manuálními rotametry namísto elektronických průtokoměrů?

Ne, Zadavatel trvá na dodání anesteziologického přístroje s elektronickými průtokoměry.

- 2) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u anesteziologického přístroje splnění požadavku **měření spotřeby plynů, FIO₂ a hypoxickou ochranu**.

Dotaz č. 2:

*Bude zadavatel akceptovat dodání anesteziologického přístroje **bez** měření spotřeby plynů, když tento požadavek splňuje monitor?*

Ano, Zadavatel bude akceptovat dodání anesteziologického přístroje bez měření spotřeby plynů, pokud tento požadavek bude splňovat monitor, viz přiložená technická specifikace.

- 3) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u anesteziologického přístroje dýchací systém pro dospělý/děti/novorozence.

Dotaz č. 3:

*Bude zadavatel akceptovat dodání dýchacího systému pouze pro dospělý/děti, tj. nikoliv pro novorozence? **Ano, viz přiložená technická specifikace.***

- 4) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u anesteziologického 3 velikosti absorbérů CO₂.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat dodání anesteziologického přístroje s **1 univerzální velikostí absorberu CO₂**?

Ano, Zadavatel akceptuje, viz přiložená technická specifikace.

- 5) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u anesteziologického přístroje **vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, externí monitor).**

Dotaz č. 5:

Bude zadavatel akceptovat dodání anesteziologického přístroje s výstupy pro sériové rozhraní a ethernet?

Ne, Zadavatel neakceptuje dodání přístroje s výstupy pro sériové rozhraní a ethernet.

- 6) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u ventilátoru **režim otevření plic na stisk jednoho tlačítka.**

Dotaz č. 6:

Bude zadavatel akceptovat dodání ventilátoru **bez** režimu otevření plic na stisk jednoho tlačítka?

Ne, cílovým druhem zvířat jsou malí přežvýkavci, kde je častým problémem ventilačně perfuzní nepoměr. Je to důležitá modalita, která oproti současně používanému přístroji podstatně zvyšuje komfort anestetisty a bezpečnost pacienta.

- 7) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u ventilátoru **dechový objem v rozmezí 10-1500 ml (VT).**

Dotaz č. 7:

Bude zadavatel akceptovat dodání ventilátoru s **dechovým objemem s dolní hranicí 20 ml (VT)** ?

Ano, Zadavatel akceptuje dodání ventilátoru s tímto dechovým objemem.

- 8) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u ventilátoru **PEEP v rozmezí 2-25 cm H₂O.**

Dotaz č. 8:

Bude zadavatel akceptovat dodání ventilátoru s horním limitem pro nastavení PEEP **20 cm H₂O**?

Ne, v rámci otevíracího manévru je nutná vysoká hodnota PEEP.

- 9) V příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, která tvoří součást zadávací dokumentace k předmětné VZ, požaduje zadavatel u monitoru **vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, monitor, tiskárna).**

Dotaz č. 9:

Bude zadavatel akceptovat dodání monitoru **bez** vstupů/výstupů pro připojení **PC a tiskárny**?

Ne, tisk trendů z monitoru je již nyní standartní součástí patientské dokumentace.

Zadavatel přikládá novou Přílohu č. 1 – Technická specifikace – část 3.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace **dochází ke změně specifikace/zadávací dokumentace**, a proto je nutné posunout lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením termín lhůty pro podání nabídek **prodlužuje, a to do 27. 11. 2024.**

V Brně dne

.....
Veterinární univerzita Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Procházka, prochazkao@vfu.cz, tel.: 541 562 013