



Technická specifikace

Název přístroje/přístrojového celku: INHALAČNÍ ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ KOMPATIBILNÍ S MR VČ. MONITORINGU	
Typové označení přístroje: <i> Vyplní dodavatel </i>	
Základní požadavky zadavatele	
Anesteziologický přístroj s ventilátorem vč. monitoru vitálních funkcí certifikovaný pro provoz v prostředí magnetické rezonance.	
Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)</i>	Nabídka dodavatele: <i>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést)</i>
Zadavatelem požadovaná hodnota:	
Anesteziologický přístroj	
Průtokoměry pro kyslík a vzduch	<i> Vyplní dodavatel </i>
FiO ₂ a hypoxická ochrana	<i> Vyplní dodavatel </i>
Systémy Low-Flow, Minimal-Flow	<i> Vyplní dodavatel </i>
Výstup pro systémy bez zpětného vdechování	<i> Vyplní dodavatel </i>
Dva odpařovače anestetik pro Isofluran, Sevofluran	<i> Vyplní dodavatel </i>
O ₂ bypass	<i> Vyplní dodavatel </i>
Dýchací systém pro dospělé/děti/novorozence	<i> Vyplní dodavatel </i>
Samostatný výstup pro suplementaci kyslíkem	<i> Vyplní dodavatel </i>
Systém odstraňování odpadových plynů	<i> Vyplní dodavatel </i>
Plyny – O ₂ , CO ₂ , anestetické plyny (Isofluran, Sevofluran)	<i> Vyplní dodavatel </i>
Spirometrie – DF, VT, MV, P _{min} , P _{max} , P _{mean} , PEEP, křivka P/VT, Q/VT	<i> Vyplní dodavatel </i>
Ventilátor s režimy manuální ventilace, IMV/VCV, PCV, SIMV	<i> Vyplní dodavatel </i>
Dechový objem 10 – 1500 ml (VT)	<i> Vyplní dodavatel </i>
Dechová frekvence 6 – 60 dechů min ⁻¹	<i> Vyplní dodavatel </i>
Ti:Te min. 2:1 – 1:3	<i> Vyplní dodavatel </i>
PEEP 2 – 25 cm H ₂ O	<i> Vyplní dodavatel </i>
Mobilní (pojízdné) provedení	<i> Vyplní dodavatel </i>
Provoz na akumulátor	<i> Vyplní dodavatel </i>
Monitor vitálních funkcí	
Obrazovka LCD (min. 10.0")	<i> Vyplní dodavatel </i>
EKG (3 svody), arytmie, SpO ₂ /pleth., NIBP (manžety min. 3 velikosti – neonatální, dětská, dospělá), 1x teplota	<i> Vyplní dodavatel </i>
Zobrazení min. 4 křivek, numerické trendy	<i> Vyplní dodavatel </i>
Provoz na akumulátor	<i> Vyplní dodavatel </i>