



Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – část 1 k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Číslo veřejné zakázky: VZ 31/2024

Název veřejné zakázky: „**Anesteziologické inhalační přístroje**“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – část 1:

Dne 12. 11. 2024 byla doručena v 11:49 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 1:

V dotazu č. 3 v žádosti o vysvětlení č. 1 bylo uvedeno, zda bude zadavatel akceptovat dodání řešení s horním limitem pro nastavení PEEP 20 cm H₂O, když v příloze č. 1 ZD „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ požaduje parametr PEEP 2-25 cm H₂O. Zadavatel ve vysvětlení ZD č. 1 ze dne 8.11.2024 uvedl, že horní limit pro nastavení PEEP 20 cm H₂O akceptovat bude. Zároveň provedl aktualizaci přílohy č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, nikoli však u tohoto parametru, čímž vznikl nesoulad mezi požadovanou technickou specifikací předmětu veřejné zakázky a odpovědí zadavatele obsaženou ve vysvětlení ZD č. 1. Z důvodu odstranění jakýchkoliv pochybností o požadavku zadavatele, týkajícího se plnění výše uvedeného parametru, žádáme touto cestou zadavatele o aktualizaci přílohy č. 1 ZD „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“.

Zadavatel trvá na svém parametru PEEP 2-25 cm H₂O v technické specifikaci. Zadavatel uvádí tento parametr jako rozmezí, do kterého je nutné se s horním limitem vejít a je toho názoru, že řešení s horním limitem pro nastavení PEEP 20 cm H₂O splňuje požadované kritérium přístroje.

Zadavatel tedy bude akceptovat řešení s horním limitem pro nastavení PEEP 20 cm H₂O, neboť to není v rozporu s přílohou č. 1 – technická specifikace.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace **nedochází ke změně specifikace/ zadávací dokumentace.**

V Brně dne

.....
Veterinární univerzita Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Procházka, prochazkao@vfu.cz, tel.: 541 562 013