



Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Číslo veřejné zakázky: VZ 4/2025

Název veřejné zakázky: „**Multidetektorový počítačový tomograf (CT)**“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dne 9. 5. 2025 byla doručena v 10:17:42 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

„Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující požadavek:

Aktivní kolimátor – nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti, resp. mimo vyšetřovací pole v ose Z

Dovolujeme si poznamenat, že aktivní kolimátor má v humánní medicíně jediné klinické uplatnění v případě kombinovaných vyšetření dlouhých anatomických oblastí, například celé páteře. Na začátku a konci takového dlouhého skenu jsou drobné oblasti, které se nepoužijí k rekonstrukci. Výše uvedená funkce snižuje dávku zúžením kolimační oblasti v těchto místech. To nijak nezlepšuje kvalitu zobrazení, ale jen minimálně snižuje dávku, kterou pacient dostává. Požadovaná technologie nemá klinické opodstatnění pro veterinární použití, zejména u malých zvířat.

Řešením, jenž nabízíme, je specializovaný algoritmus, který automaticky moduluje dávku záření při kombinovaných vyšetřeních (hrudník, břicho) na základě moderní technologie umělé inteligence (AI – deep learning), která zaručuje získání vysoce kvalitního obrazu s minimalizovanou dávkou.

Dotaz:

Žádáme zadavatele, aby akceptoval CT systém, který nemá funkci aktivního kolimátoru, ale nabízí pokročilé řešení umožňující snížení dávky založené na moderní technologii umělé inteligence (AI).“

Zadavatel podává následující vysvětlení k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci vyhovuje navrhované změně na požadavek „Aktivní kolimátor – nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti, resp. mimo vyšetřovací pole v ose Z“. Položka „Aktivní kolimátor – nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti, resp. mimo vyšetřovací pole v ose Z“ byla vyškrtnuta z požadavků minimální technické specifikace, viz nově přiložený soubor technické specifikace.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace **dochází ke změně specifikace/ zadávací dokumentace.**

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením termín lhůty pro podání nabídek **prodlužuje, a to na 24. 6. 2025 do 10:00.**

Přílohy: Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace – nová

V Brně dne: 14. 5. 2025

.....
Veterinární univerzita Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Procházka, prochazkao@vfu.cz, tel.: 541 562 013