



Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Číslo veřejné zakázky: VZ 4/2025

Název veřejné zakázky: „**Multidetektorový počítačový tomograf (CT)**“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dne 22. 5. 2025 byla doručena v 11:34:12 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 1:

Jelikož bude třeba výměna klimatizace, je možné dodat plány současné klimatizace, aby bylo možné stanovit cenu nezbytných instalačních prací?

Odpověď:

Klimatizační jednotka byla instalována dodatečně, proto není zakreslená v projektové dokumentaci. Stávající jednotka, která má být nahrazena, má průměr Cu potrubí 12/6 mm a přívodní kabel 3 x 2,5 mm.

Vzdálenost vnitřní a venkovní jednotky je max. 10 m. Mělo by se jednat pouze o výměnu vnitřní a venkovní jednotky a napojení na stávající rozvody.

Dotaz č. 2:

Jaká je impedance napájecí smyčky přívodního kabelu současného CT, odkud je veden a jak je jištěn?

Odpověď:

Impedance napájecí smyčky přívodního kabelu je 0,13 Ω, kabel je veden z rozvaděče technologie CT v místnosti osazení technologie a je jištěn jističem B125/3.

Dotaz č. 3:

Současné CT má systémový stůl. Lze předpokládat, že zůstane, případně bude dodán jiný, nebo má být pracovní stůl v ovládně součástí dodávky?

Odpověď:

Součástí dodávky má být i stůl v ovládně.

Zadavatel dále mění číslo smlouvy, nové číslo smlouvy bude 1900/00120.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace **nedochází ke změně specifikace/zadávací dokumentace.**

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením termín lhůty pro podání nabídek **neprodlužuje.**

V Brně dne: 27. 5. 2025

.....
Veterinární univerzita Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Procházka, prochazkao@vfu.cz, tel.: 541 562 013