



Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Číslo veřejné zakázky: VZ 4/2025

Název veřejné zakázky: „**Multidetektorový počítačový tomograf (CT)**“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dne 3. 6. 2025 byla doručena v 09:45:45 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

1. Rozumíme správně, že Kupní cena (cena dle čl. 4.1. kupní smlouvy, ve které je již naceněn pozáruční servis a BTK na dobu 48 měsíců) má být v celé výši zaplacená prodávajícímu (dodavateli) po dodání zboží (čl. 2.4.) dle platebních podmínek v čl. 5. a dodacích podmínek v čl. 6. kupní smlouvy?

Odpověď: Zadavatel upravuje a upřesňuje platební podmínky v čl. 5, viz Příloha č. 2 ZD – smluvní vzor – nový.

2. V čl. 4.1. kupní smlouvy uvedená celková cena nemůže být cenou konečnou, resp. „nejvýše přípustnou“, pokud by smlouva o pozáručním servisu (dle zadání uzavíraná na dobu neurčitou) trvala déle než 48 měsíců. Co je tedy v tomto ustanovení myšleno pod obratem „cena nejvýše přípustná“?

Odpověď: Zadavatel upravuje tuto část ustanovení čl. 4. 1. na následující:

„Kupní cena (celková cena za celý předmět plnění a celou dobu plnění této Smlouvy) se sjednává, a to ve výši:“

3. V čl. 4.1. kupní smlouvy je uvedeno, že „Kupní cena nebude měněna v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.“ Nicméně v čl. 11.6. kupní smlouvy je zároveň uvedeno, že lze upravit cenu Pozáručního servisu a bezpečnostně technické podpory z důvodu inflace. Jak mají být tato ustanovení smlouvy vykládána? Navíc v příloze č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“ není cena členěna na jednotkovou (např. roční) cenu BTK a jednotkovou (např. roční) cenu pozáručního servisu.

Odpověď: Zadavatel upravuje čl. 4.1. a upřesňuje, že inflační doložku bude možné využít pouze pro pozáruční servis a pozáruční BTK. Zadavatel trvá na jednotné ceně za FULL servis (pozáruční servis a pozáruční BTK), viz Příloha č. 2 ZD – smluvní vzor – nový.

4. Nemělo by se v čl. 8.1. kupní smlouvy „Smluvní pokuty“ jednat o denní sazbu 0,05 % z kupní ceny zboží jako takového, tj. Multidetektorového počítačového tomografu (CT), nikoli celkové kupní ceny (vč. pozáručního servisu)?

Odpověď: Zadavatel upravuje a upřesňuje ustanovení čl. 8.1., viz Příloha č. 2 ZD – smluvní vzor – nový.

5. Jak je myšlena možnost kdykoli vypovědět smlouvu o pozáručním servisu s výpovědní lhůtou nejméně 30 dní, a to i bez uvedení důvodu (čl. 11.1.6. ZD a čl. 7.13. KS), když v celkové kupní ceně dle čl. 4.1. je již obsažena cena pozáručního servisu na 48 měsíců?

Odpověď: Zadavatel upravuje a upřesňuje ustanovení čl. 7.13., viz Příloha č. 2 ZD – smluvní vzor – nový.

6. V návaznosti na prohlídku místa plnění a na požadavek k předložení stavební dokumentace pro instalaci systému si dovoluujeme zadavatele požádat o doplnění nákresu / plánu místa plnění, kam má být předmět plnění instalován, tj. výkresu Pavilonu klinik malých zvířat, budovy s interním označením č. 43, Klinika chorob psů a koček FVL VETUNI, nacházející se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno ve formátu DWG nebo vektorového PDF.

Odpověď: Zadavatel požaduje dodání technologického projektu pro instalaci systému včetně všech požadavků na přípravu místa instalace až od vítězného dodavatele. Technologický projekt nemusí být součástí nabídky. Zadavatel tedy dodá nákres/plánek místa plnění ve formátu DWG až po výběru dodavatele.

7. Mohl by zadavatel blíže specifikovat tyto parametry stávající rozvodné sítě:
- Jaký je vyhrazený výkon transformátoru pro zařízení?
 - Zemnění: společné/nezávislé; hodnota uzemňovacího odporu?
 - Vnitřního odpor zdroje?
 - Vzdálenost, materiál a rozměry vodičů mezi transformátorem a rozvodnou skříní?

Odpověď:

- Transformátor má výkon 400 kVA pro celý objekt č. 43
- Zemnění (pospojování) je samostatné, hodnota uzemňovacího odporu nepřesáhne 0.1 ohmů
- Impedanční smyčka má hodnotu 0.13 ohmů
- Délka kabelů 3xAYKY 3x240+120 mezi TR RH je cca 150m. Z RH do RP technologie je CYKY 5x50 v délce cca 30m.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace **dochází ke změně specifikace/ zadávací dokumentace.**

Zadavatel dále upřesňuje ustanovení ohledně technologického projektu v kapitole příprava stávajícího prostředí, viz příloha č. 1 ZD – Technická specifikace – nová.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením termín lhůty pro podání nabídek **prodlužuje, a to na 16. 7. 2025 do 10:00.**

Přílohy: Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace - nová

Příloha č. 2 ZD - smluvní vzor - nový

Zadávací dokumentace – nová

V Brně dne: 5. 6. 2025

.....
Veterinární univerzita Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Procházka, prochazkao@vfu.cz, tel.: 541 562 013