



Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Číslo veřejné zakázky: VZ 33/2025

Název veřejné zakázky: „Výuková mlékařská technologická dílna“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dne 2. 10. 2025 byla doručena v 10:09:53 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dodavatel žádá o upřesnění níže uvedených bodů:

Vážený zadavateli,
dovolujeme si Vás kontaktovat ve věci výběrového řízení na dodávku **Výukové modulární mlékařské technologické linky**. Při kontrole předložené technické specifikace jsme identifikovali jeden požadavek pro **Část F: Odšťědivka misková**, který z technologického hlediska v kontextu použití zařízení v mlékárenské dílně vnímáme jako neoprávněný a představuje zjevný rozpor s běžnou praxí a konstrukcí tohoto typu zařízení. Jedná se o požadavek na **rozsah nastavitelných otáček**, konkrétně:

Požadovaný parametr

Nastavitelná rychlost otáčení minimálně v rozsahu 60 až 19 999 otáček/min.

- **Miskové separátory** (odšťědivky s talířovou miskou) jsou navrženy pro kontinuální **separaci smetany z mléka** za účelem výroby másla, sýrů a dalších mlékárenských produktů. Tento proces vyžaduje pro efektivní oddělení tukových kuliček (separaci) aplikaci **vysokých odstředivých sil** (G-síly).
- Provozní otáčky těchto zařízení se standardně pohybují v rozsahu **tisíců otáček za minutu** (typicky 8 000 ot/min a více).
- Požadovaná dolní hranice **60 ot/min** je pro separaci mléka **technologicky nefunkční a irelevantní**. Při takto nízké rychlosti nedojde k žádné smysluplné separaci. Jedná se tedy o požadavek, který nemá žádné praktické využití v mlékárenské dílně.
- Vysoký horní limit otáček (**19 999 ot/min**) je typický spíše pro analytické laboratorní centrifugy (mikro-odšťědivky) používané pro sedimentaci vzorků, nikoli pro kontinuální provozní miskový separátor.

Požadavek na rozsah 60 až 19 999 ot/min je pro miskovou odšťědivku určenou pro mlékárenskou dílnu technicky protichůdný a neodpovídá reálným potřebám provozu.

Žádáme Vás o zvážení **adekvátnosti** tohoto parametru, případně objasnění jeho nezbytnosti v technické specifikace výběrového řízení.

Děkujeme za pochopení a rychlé vyřízení.

Zadavatel podává vysvětlení k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedeným bodům následovně:

Zadavatel akceptuje takové plnění, jehož rozsah otáček bude splňovat jakoukoliv hodnotu, respektive jakýkoliv rozsah otáček v zadavatelem požadovaném rozsahu otáček při splnění požadavku nastavitelné rychlosti otáčení a současně při splnění všech ostatních parametrů.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně specifikace/zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel neprodlužuje termín lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne: 3. 10. 2025

.....
Veterinární univerzita Brno
zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Ing. Adam Konečný, konecnya@vfu.cz, tel.: 541 562 012