

Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Číslo veřejné zakázky: VZ 16/2026

Název veřejné zakázky: **Mikroskopy pro veterinární univerzitu Brno II**

Část 3 veřejné zakázky: Učitel'ský mikroskop s kamerou

Část 4 veřejné zakázky: Učitel'ský mikroskop pro 1+4 pozorovatele

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dne 20. 3. 2026 byla doručena v 9:50:58 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Část 3 veřejné zakázky: Učitel'ský mikroskop s kamerou a Část 4 veřejné zakázky: Učitel'ský mikroskop pro 1+4 pozorovatele

Dotaz pro část 3 a 4:

„Dobrý den.

V částech 3 a 4 je požadován "1x plan achromatický objektiv, numerická apertura min 0,75, pracovní vzdálenosti min 0,70 mm s 40násobným zvětšením"

Přijme zadavatel objektiv 40x s numerickou aperturou 0.75 a pracovní vzdáleností 0.66 mm?

Domníváme se, že tento drobný rozdíl není podstatný, i tak zůstane více než dostatečný bezpečný prostor pro manipulaci se vzorkem i s objektivy.

Děkujeme. “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vyhovuje požadavku dodavatele a upravuje parametr 1x plan achromatický objektiv s 40násobným zvětšením v částech 3 a 4 následovně:

1x plan achromatický objektiv, numerická apertura min 0,75, pracovní vzdálenost min 0,66 mm s 40násobným zvětšením

Zadavatel upravuje technickou specifikaci pro část 3 viz Příloha č. 1 ZD Technická specifikace pro část 3 Učitel'ský mikroskop s kamerou – Nová. Zadavatel upravuje technickou specifikaci pro část 4 viz Příloha č. 1 ZD Technická specifikace pro část 4 Učitel'ský mikroskop pro 1+4 pozorovatele – Nová.

Zadavatel dále upravuje ve stručném popisu předmětu na profilu zadavatele počet částí zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Administrativním pochybením bylo uvedeno, že se jedná o 9 částí. V zadávací dokumentaci je počet částí uveden správně.

Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně specifikace/zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace ve znění platném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace vyžaduje. Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 4. 2026 v 10:00 včasně**.

Přílohy:

Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace část 3 Učitel'ský mikroskop s kamerou– Nová

Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace část 4 Učitel'ský mikroskop pro 1+4 pozorovatele– Nová

V Brně dne dle data el. podpisu

.....
Veterinární univerzita Brno
Zastoupená Ing. Bc. Radko Bébarem
Kvestorem VETUNI

Vyřizuje: Markéta Turečková, tureckovam@vfu.cz, tel.: 541 562 011