



Technická specifikace

| | |
|---|---|
| Název přístroje/přístrojového celku: INHALAČNÍ ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ KOMPATIBILNÍ S MR VČ. MONITORINGU | |
| Typové označení přístroje: <i> Vyplní dodavatel </i> | |
| Základní požadavky zadavatele | |
| Anesteziologický přístroj s ventilátorem vč. monitoru vitálních funkcí certifikovaný pro provoz v prostředí magnetické rezonance. | |
| Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)</i> | Nabídka dodavatele: <i>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést)</i> |
| Zadavatelem požadovaná hodnota: | |
| Anesteziologický přístroj | |
| Průtokoměry pro kyslík a vzduch | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Měření spotřeby plynů, FiO ₂ a hypoxická ochrana | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Systémy Low-Flow, Minimal-Flow | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Výstup pro systémy bez zpětného vdechování | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Dva odpařovače anestetik pro Isofluran, Sevofluran | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| O ₂ bypass | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Dýchací systém pro dospělé/děti/novorozence | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Samostatný výstup pro suplementaci kyslíkem | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Systém odstraňování odpadových plynů | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Ventilátor s režimy manuální ventilace, VS/PS, VCV, PCV, SIMV | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Dechový objem 10 – 1500 ml (VT) | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Dechová frekvence 6 – 60 dechů min ⁻¹ | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Ti:Te min. 2:1 – 1:3 | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| PEEP 2 – 25 cm H ₂ O | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, monitor) | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Mobilní (pojízdné) provedení | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Provoz na akumulátor | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Monitor vitálních funkcí | |
| Obrazovka LCD (min. 12,1") | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| EKG (3 svody), arytmie, SpO ₂ /pleth. (ušní/jazykový senzor), NIBP (manžety min. 3 velikosti – neonatální, dětská, dospělá), IBP, 2x teplota | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Plyny – O ₂ , CO ₂ , anestetické plyny (Isofluran, Sevofluran) | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Spirometrie – DF, VT, MV, Pmin, Pmax, Pmean, PEEP, křivka P/VT, Q/VT | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Zobrazení min. 4 křivek, grafické a numerické trendy | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, monitor) | <i> Vyplní dodavatel </i> |
| Provoz na akumulátor | <i> Vyplní dodavatel </i> |