

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele:

„Anesteziologický inhalační přístroj včetně patientského monitoru“		
Typové označení přístroje		
<i>Vyplní dodavatel</i>		
Základní požadavky zadavatele		
Anesteziologický inhalační přístroj včetně patientského monitoru		
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)	Požadovaná hodnota	Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru)
Anesteziologický inhalační přístroj		
Elektronické průtokoměry pro O ₂ -vzduch s měřením spotřeby plynů, FiO ₂ s hypoxickou ochranou	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Systémy Low-Flow, Minimal-Flow	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
minimálně 2 odpařovače anestetik kompatibilní pro Isofluran, Sevofluran, Desfluran	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
O ₂ bypass	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Dýchací systém pro dospělý/děti/novorozence, 3 velikosti absorbérů CO ₂	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Samostatný výstup pro O ₂ suplementaci (O ₂ brýle)	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Aktivní odsávání odpadních anestetických plynů	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Držák lahví (O ₂)	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Mobilní (pojízdné) provedení	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Odsávací systém (vakuum)	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Integrované přípojky pro další elektrická zařízení (min.3)	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Provoz na akumulátor	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, externí monitor)	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Ventilátor		
Ventilátor s režimy PS, PC, CMV (IMV), SIMV, manuální ventilace	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Režim otevření plic (recruitment manévr) (na stisk jednoho tlačítka)	ANO	<i>Vyplní dodavatel</i>
Dechový objem	V rozmezí 10–1500 ml (VT)	<i>Vyplní dodavatel</i>
Dechová frekvence	V rozmezí 6–80 dechů/min	<i>Vyplní dodavatel</i>

Ti:Te	2:1–1:3	<i> Vyplní dodavatel </i>
PEEP	V rozmezí 2–25 cm H2O	<i> Vyplní dodavatel </i>
SIMV trigger	min 3 l/min	<i> Vyplní dodavatel </i>
Monitor		
Obrazovka LCD min.	min. 12,1“	<i> Vyplní dodavatel </i>
Sledované parametry	EKG (3 svody), arytmie, ST analýza, SpO2/pleth. (ušní senzor), NIBP (manžety neonat., dětská, 2 velikosti dospěl.), IBP, teplota	<i> Vyplní dodavatel </i>
Plug and play moduly pro plyny	O2, N2O, CO2, anestetické plyny (Iso, Sev, Des, N2O)	<i> Vyplní dodavatel </i>
Spirometrie	DF, VT, MV, Pmin, Pmax, Paw, Cdyn, PEEP, Q, křivka P/VT, Q/VT	<i> Vyplní dodavatel </i>
Zobrazení min. 4 křivky, graf. a num. trendy	ANO	<i> Vyplní dodavatel </i>
Provoz na akumulátor	ANO	<i> Vyplní dodavatel </i>
Vstupy/výstupy pro externí zařízení (PC, monitor, tiskárna)	ANO	<i> Vyplní dodavatel </i>
Servis a dostupnost náhradních dílů do 24 hodin	ANO	<i> Vyplní dodavatel </i>